



Nr sprawy: 15/P/20

Wrocław, dnia 10 marca 2020 roku

Wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „*Dostawa testów paskowych do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora*”

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane pytanie do postępowania - numer sprawy: 15/P/20.

Pytanie nr 1

1. poz. 11: Czy Zamawiający dopuści brak możliwości wyboru alternatywnego paska testowego?
2. poz. 13: Czy Zamawiający dopuści aparat bez automatycznego rozpoznania barwy moczu?
3. poz. 16: Czy Zamawiający dopuści aparat bez automatycznego wykrywania zawilgocenia paska?
4. poz. 19: Czy Zamawiający dopuści aparat bez programowania QC?
5. poz. 26: Czy Zamawiający dopuści jednokierunkową komunikację z systemem informatycznym?
6. poz. 28: Czy Zamawiający dopuści aparat bez wprowadzania wyników badań mikroskopowych?

Odpowiedź na pytanie nr 1

- Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza braku możliwości wyboru alternatywnego paska testowego.
Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez automatycznego rozpoznania barwy moczu.
Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez automatycznego wykrywania zawilgocenia paska.
Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez programowania QC.
Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza jednokierunkowej komunikacji z systemem informatycznym.
Ad.6 Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez wprowadzania wyników badań mikroskopowych.

Z-ca DYREKTORA
K.S. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej


mgr Alina Urniaż

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”