

Wrocław 19.04.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych”, numer referencyjny 29/P/19.


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018,poz.1986 z późn. zm) Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej okrągłej o całkowitej średnicy 50mm z języczkiem ułatwiającym aplikację. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG z o wymiarach 43mm x 51mm, okrągła z żelem ciekłym to nic innego jak elektroda FS-TF/6 Leonard Lang.

Elektrody jednorazowe › do monitorowania › Elektroda EKG Skintact FS-TF /6



Elektroda EKG Skintact FS-TF /6

Producent: Leonard Lang
Kod produktu: Elektroda 02FSTF
Rozmiar: 43 x 51 mm
Podłoże/klej: pianka PE / wzmocniony klej
Rodzaj żelu: żel ciekły / Aqua-Wet
Zastosowanie: Uniwersalne
Ilość w opakowaniu: 30 szt. / paczka * 1500 szt. / karton

Opis produktu

Jednorazowa, uniwersalna elektroda EKG SKINTACT FS-TF /6 o wymiarach 43x51 firmy Leonard Lang. Elektrode charakteryzuje najwyższa jakość, co zapewnia odpowiednią przyczepność. Opisywaną elektrodę stosuje się do monitorowania pacjentów, badań Holtera jak i w próbach wysiłkowych. Bardzo dobrze sprawdza się w ratownictwie i pogotowiu. Na jednym listku umieszczonych jest 6 elektrod. Czujnik Ag/AgCl. Elektroda spełnia standard EC12 normy ANSI/AAMI dla jednorazowych elektrod EKG. 30 elektrod w jednej paczce, 1500 elektrod w kartonie.

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Leonard Lang. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SIWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Odmowa dopuszczenia proponowanych przez nas wyrobów stanowi jawne naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz art. 7 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej bądź też wydzielenie elektrody do innego pakietu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz. 6,7

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Projekt umowy- §2 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie częstotliwości dostaw w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy pkt III ust. 3 podpunkt 1) oraz pkt IV ust. 1 SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu?

Uzasadnienie:

Zamawiający umieścił w SIWZ dwie sprzeczne informacje. W pkt III ust. 3 podpkt 1) SIWZ Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, W pkt IV ust. 1 SIWZ Zamawiający wykluczył możliwość składania ofert częściowych. Prosimy o wskazanie, które postanowienie SIWZ jest wiążące.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących pakiety od 1-23. Nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w ramach jednego pakietu.

Pytanie nr 5

Dotyczy pkt III ust. 3 podpkt 4) SIWZ, § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 4 Projektu umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy oraz ewentualnej wymiany produktów wadliwych do 10 dni roboczych?

Uzasadnienie:

Prosimy o wskazanie terminu umożliwiającego należyte wywiązanie się ze wskazanych ww. zapisami obowiązków, bez ryzyka narażania się na odpowiedzialność związaną z niedochowaniem terminu dostawy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 6

Dotyczy § 6 ust. 2 Projektu Umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu § 6 ust. 2 Projektu Umowy?

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowa ma być zawarta na czas w niej określony. Zgodnie z kwestionowanym zapisem § 6 ust. 2 „po tym terminie wygasają wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy”. Zapis sugeruje zatem, że jeżeli Zamawiający zamówi produkty w okresie obowiązywania umowy, ale ich dostawa miałaby przypadać po tym terminie, Wykonawca nie ma obowiązku jej realizowania. Podobnie, jeżeli Zamawiający w terminie obowiązywania umowy zamówi produkty, a Wykonawca dostarczy je również w tym terminie, ale termin płatności, który zgodnie z § 5 ust. 2 wynosi 30 dni, przypadnie po terminie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie miał prawo za te produkty nie zapłacić. Wykonawca domyśla się, iż Zamawiającemu chodziło o to, że po dacie obowiązywania Umowy Zamawiający nie będzie składać więcej zamówień na jej podstawie, ale w jego ocenie w sposób wystarczający wynika to z zapisu § 6 ust. 1 i treść § 6 ust. 2 jest w tym wypadku zbędna.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt a) i b) Projektu umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w § 7 ust. 1 pkt a) i b) Projektu umowy kar umownych za opóźnienie w dostawie lub wymianie wadliwego towaru do 0,5% wartości brutto niedostarczonego lub zareklamowanego towaru za dzień?

Uzasadnienie:

Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 21, poz. 2 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Zamawiający wymaga szczoteczki opisanej w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu 11, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłaniające, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ w zakresie dopuszczenia złożenia ofert częściowych — występuje rozbieżność w zapisach SIWZ w części III pkt 3 ppkt 1 a zapisem w części IV pkt 1.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących pakiety od 1-23. Nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w ramach jednego pakietu.

Pytanie nr 11

Projekt umowy: Dot. Par. 2 pkt 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał okresowe zamówienia, określające każdorazowo nazwę zamawianego towaru, jego rodzaj i ilość według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Dot. Par. 2 pkt. 7

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający rozważy możliwość dodania zapisu : „Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu ilościowo-asortymentowego nie więcej jednak niż o 20% w porównaniu do ilości podanych w przetargu”?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 13

Dot. Par 7 pkt 1 ppkt a i b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i do wartości 0,1 % wartości brutto towaru zareklamowanego w przypadku nie dokonania wymiany towaru za każdy dzień oczekiwania na wymianę, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 1825% wartości towaru. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Zamawiający nie wyraża zgody.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 14

Dot. Par.3 pkt 5

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów w tym punkcie o obowiązek dołączenia do zgłoszenia reklamacji w przypadku wystąpienia wad jakościowych próbek wadliwych produktów, co umożliwi wykonawcy rozpatrzenie reklamacji.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Przedmiotu zamówienia zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym: Pakiet zamknięty nr 7 — Dostawa próbek plastikowych i korków, poz. 5

Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań niż te podane w formularzu cenowym. Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt:

Dla pozycji 5 wykonawca zaoferowałby wówczas 140 opakowań próbek pakowanych po 500 szt.?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Pakiet zamknięty nr 7 — Dostawa próbek plastikowych i korków, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści próbki wykonane z tworzywa PS?

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zapisów SIWZ:

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji, gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z zapisami ustawy Pzp.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z zapisami ustawy Pzp, oraz obowiązującym prawem.

Pytanie nr 19

Dot. pakietu nr 23, poz. 1-3

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

"Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010? Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylne go wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów, dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie."

Zamawiający oczekuje od Wykonawców działania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868?

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią i widoczną etykietą opisującą rozmiar oraz datę produkcji i okres ważności?

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 5

Poz. 15

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły do aspiracji szpiku kostnego 16G o długości 70-75mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 19

Prosimy o wskazanie wymaganego rozmiaru nożyka do testów alergicznych.

Zamawiający oczekuje ostrza końcówki blaszki 1 mm.

Poz. 23-24

Czy oferowane kaniule dożylnie, ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania, powinny być zabezpieczone koreczkami luer-lock, z trzpieniem zamykającym światło kaniuli, położonym poniżej własnej krawędzi?

Nie.

Poz. 27

Czy opisany w siwz cyt. „filtr bakteryjny”, to filtr o wielkości oczek 0,45µm, gwarantującej skuteczną filtrację bakteryjną dla szerokiego spectrum bakterii, przy zachowaniu optymalnych warunków pobierania różnego rodzaju leków?

Tak.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Czy oferowane przyrządy do pobierania i aspiracji roztworów i leków, ze względu na długi czas ich użytkowania /także po wypakowaniu z opakowania jednostkowego/, powinny posiadać jakąkolwiek możliwość identyfikacji pochodzenia wyrobu medycznego np. poprzez oznaczenie na samym wyrobie minimum jednego z poniższych identyfikatorów: producent /logo/, nr serii, nr katalogowy?

Zaofertowany asortyment powinien spełniać wymagania ustawy o Wyrobach medycznych oraz innych uregulowań prawnych stosowanych w jednostkach służby zdrowia odnoszących się do wyrobów medycznych.

Czy oferowane przyrządy do pobierania i aspiracji roztworów i leków, powinny być przeznaczone zarówno do pojemników stojących /butelek/ jak i leżących /worków/?

Jeżeli tak - to czy powinny posiadać mechanizm zabezpieczający przed wyciekaniem płynów po odłączeniu strzykawki, np. w postaci zastawki lub innego rozwiązania równoważnego wskazanego przez Zamawiającego, zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 16

Poz. 2-5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki dwuczęściowe, światowych liderów w ich produkcji - firm B/Braun (Niemcy) lub Becton-Dickinson /USA/, charakteryzujących się idealnym przesuwem tłoka przy zachowaniu pełnej szczelności charakterystycznej dla opisanych w siwz strzykawek trzyczęściowych. *Strzykawki dwuczęściowe są powszechnie stosowane w jednostkach służby zdrowia, a mając na uwadze dyscyplinę finansów publicznych oraz różnicę cen rynkowych pomiędzy strzykawkami dwu i trzyczęściowymi, jak również identyczny stopień wykorzystania tego typu strzykawek przy wykonywaniu powszechnie stosowanych procedur medycznych, wnioskowane dopuszczenie nie tylko poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, ale także spowoduje obniżenie kosztów związanych z wykonywaniem podstawowych procedur medycznych w Państwa ZOZ.*

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki pakowane w opakowaniach a 80 lub 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 7-8

Czy oferowane strzykawki, powinny być oryginalnymi strzykawkami producenta posiadanych pomp infuzyjnych Perfusor Compact, co gwarantuje prawidłowe współdziałanie zarówno strzykawek jak i samego urządzenia, a tym samym zapewnia w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi?

Zamawiający oczekuje oryginalnych lub kompatybilnych strzykawek dostosowanych do pomp użytkowanych przez Zamawiającego, które nie spowodują utraty gwarancji urządzeń.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 1, poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o wymiarach 36 mm x 48mm z podłożem z pianki PE, z żeltem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCl, z mocnym

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



klejem?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 1, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o średnicy 43mm z podłożem z pianki PE, z żelem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCl, z mocnym klejem, takich jak dotychczasowo dostarczanych do Państwa jednostki?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 1, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o wymiarach 36 mm x 48mm z podłożem z pianki PE, z żelem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCl, z mocnym klejem?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 1, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o średnicy 48mm z podłożem z pianki PE, z żelem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCl, z mocnym klejem?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 1, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o wymiarach 42mm x 56mm z podłożem z pianki PE, z żelem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCl, z mocnym klejem, posiadające nacięcie?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Pakiet nr 1, poz. 6 – poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie=50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań bądź dopuści podanie ceny jednostkowej asortymentu z dokładnością do czterech miejsc po przecinku?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28

Pakiet nr 1, poz. 9:

Prosimy o dopuszczenie w przedmiotowej pozycji pasty o pojemności 228g spełniających wszelkie pozostałe parametry opisu SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Pakiet nr 6, poz. 1:

Czy w związku z informacją od producenta opisywanych w SIWZ pojemników 0,5l o wycofaniu z oferty ww. asortymentu Zamawiający dopuści do wyceny w pozycji 1 owalnych pojemników wielkości 0,7l o parametrach:

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”





średnica górna/dolna owal 100/95mm, wysokość 120mm, średnica otworu wrzutowego 40mm, spełniających pozostałe parametry opisu SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Pakiet nr 10, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu jednorazowego użytku na rolce, bibułowo-foliowego, 3-warstwowego, o szerokości 50 cm, perforacji co 50 cm i długości 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek, tj. 1040 rolek.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Pakiet nr 10, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu chłonnego, higienicznego, zawierającego superabsorbent o właściwościach bakteriobójczych i antyseptycznych w kolorze białym, rozmiar 60x90 cm o chłonności 1150 ml.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Pakiet nr 10, poz. 14:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji chusty trójkątnej bawełnianej o wymiarach 134x95x95cm.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Pakiet nr 15, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyki hematologiczne do pobrań krwi, nakłuć, zwykłe (w formie metalowej blaszki z ostrą końcówką) w opakowaniu=200 szt., o długości ostrza 2,5-3mm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Pakiet nr 17, poz. 2:

Czy nie doszło do oczywistej omyłki przy wskazaniu jednostki miary asortymentu? Czy Zamawiający dopuści wycenę za sztukę/butelkę?

Tak, chodzi o 1 butelkę.

Pytanie nr 35

Pakiet nr 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru do aparatu EKG w rozmiarze 210mm x 20m z przeliczeniem na 120 rolek?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Pakiet nr 1, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 112x120x150mm z przeliczeniem na 7 bloczków?

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Pakiet nr 1, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod w rozmiarze 31x45 mm?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38

Pakiet nr 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod w rozmiarze 49x51mm lub 45x43mm?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39

Pakiet nr 1, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasty przewodząco klejącej w słoiku o pojemności 114g z przeliczeniem na 18szt.?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Pakiet nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym L?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42

Pakiet nr 10 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w wkładem chłonnym wykonanym z waty i pulpy celulozowej o chłonności 1177ml?

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem posiadania superabsorbentu o właściwościach bakteriobójczych i antyseptycznych.

Pytanie nr 43

Pakiet nr 10 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'25szt?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Pakiet nr 10 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukujący zapach o chłonności 1600 ml?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45

Pakiet nr 10 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'112szt?

Zamawiający nie dopuszcza.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 46

Pakiet nr 10 pozycja 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwet z otworem o średnicy 6 cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47

Pakiet nr 10 pozycja 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwet z otworem o średnicy 5 cm i 6 cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48

Pakiet nr 10 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z materiału typu frotte i polichlorku winylu (frotte/PCV) w rozmiarze 100 x 140cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49

Pakiet nr 10 pozycja 12

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 12 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu uzyskać korzystniejsze cenowo oferty.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50

Pakiet nr 10 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 130x96x96cm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Pakiet nr 10 pozycja 15

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 15 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu uzyskać korzystniejsze cenowo oferty.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52

Pakiet nr 10 pozycja 17

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu pakowanych a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Zamawiający dopuszcza.

"Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie"



Pytanie nr 53

Pakiet nr 11, pozycja 1 – 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

Pakiet nr 13, pozycja 2, 4 – Czy Zamawiający pod pojęciem opakowania szyn Kramera ma na myśli 1szt.?

Tak.

Pytanie nr 55

Pakiet Nr 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max. 89 µg/g?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56

Pakiet Nr 19, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max. 50 µg/g?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57

Pakiet Nr 19, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści rękawice w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Pakiet 23 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o możliwości zgrzania w zakresie temperatur 180-220 °C?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 21, poz. 2 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Zamawiający wymaga szczoteczki opisanej w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 60

Pakiet 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą 10-12 ml?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pakiet 16, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą 2-2,5 ml?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62

Pakiet 16, poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą 5-6 ml?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Pakiet 16, poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą 20-22 ml?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64

Pakiet 16, poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą 50-60 ml?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65

Dotyczy: Pakiet 7:

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści korki pasujące do probówek z poz. 5, karbowane, idealnie zapewniające szczelność, wykonane z PE, o średnicy wewnętrznej ok. 12 mm w kolorze białym?
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 7 ml, z dnem stożkowym(wirówkowe) z kołnierzem i korkiem, próbówki wykonane z PP, korek gładki, pełny, w kolorze neutralnym, wykonany z PE, wymiary probówki (śr. x wys.): 16mmx65mm?
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści probówki okrągłodenne bez kołnierza, wykonane z PS o podwyższonej przezroczystości, wymiary: 12x75, pakowane po 500 szt.?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68

Pakiet nr 19, poz.4,5,6

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny MDD 93/42 EEC- kat. I oraz środek ochrony indywidualnej PPE 89/686 EEC – kat III (zgodnie z ich przeznaczeniem- rękawice do podwyższonego ryzyka, jaki są procedury medyczne oraz badania laboratoryjne).
Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 69

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pakiet nr 19, poz. 3

SIWZ pkt III- Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3; 5)- dodatkowe wymagania Zamawiającego:

Prosimy o zweryfikowanie czy nie zaszła omyłka i odstąpienie od spełniania wymogu normy EN 374 dla rękawic foliowych, gdyż te rękawice z racji swojego przeznaczenia i materiałów, z których są wykonane, nie mogą być używane do środków chemicznych, więc nie mogą spełniać także normy EN 374.

Zamawiający odstępuje od postawionych wymogów dla rękawic foliowych.

Pytanie nr 70

Pakiet nr 19, poz.3

SIWZ pkt III- Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3; 5)- dodatkowe wymagania Zamawiającego:

Prosimy o zweryfikowanie czy nie zaszła omyłka i odstąpienie od spełniania wymogów zawartych w tym punkcie, dla rękawic foliowych, które są jednorazowe, ale nie muszą być wyrobem medycznym. Materiał z jakiego są wykonane nie pozwala na spełnienie przez te rękawice wymaganych norm dla rękawic jednorazowych, w związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga rękawic foliowych zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej - PPE 89/686 EEC Kat. I,

Zamawiający odstępuje od postawionych wymogów dla rękawic foliowych.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 19, poz.4

Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych, niesterylnych, podwójnie polimeryzowane z poziomem protein $\leq 50 \mu\text{g/g}$.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72

Pakiet nr 19, poz.6

Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozmiarach: S, M, L, XL (zgodnie z rozmiarami stosowanymi przez Zamawiającego obecnie).

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 19 w pozycji nr 1 rękawice lateksowe, sterylne, pudrowane posiadające nieznacznie różniący się od wymaganego poziom protein poniżej $40 \mu\text{g/g}$.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 74

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 19 w pozycji nr 2 rękawice lateksowe, sterylne, bez pudrowe posiadające lepszy niższy poziom protein poniżej $15 \mu\text{g/g}$.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75

Pytanie 3

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 19 rękawic medycznych zgodnych z normą EN 374 -1 (z wył. pkt 5.3.2) – 2- 3 lub równoważną z wyłączeniem rękawic foliowych (pozycja nr 3), które nie są wyrobem medycznym.

Zamawiający odstępuje od postawionych wymogów dla rękawic foliowych.

Pytanie nr 76

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77

Pytanie nr 2

Prosimy o modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 80

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81

Pytanie nr 6

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 82

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu zbiorczym po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Zamawiający wyraża zgodę.

Uwaga! Dotyczy pakietu nr 17- Dostawa materiałów do usg.

W związku z użytkowaniem przez Zamawiającego aparatu USG marki Philips Affinity 50 będącego na gwarancji, prosimy o uwzględnienie w swoich ofertach żelu do transmisji ultrasonograficznych, zalecanego przez producenta ww. urządzenia.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Zespołu
Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Maciej Sokółowski
lek. med. Maciej Sokółowski
specjalista chorób wewnętrznych

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”